

证书编号： FD20250004 号

第 2 页 共 3 页

本所仕授权范围内遵循法律法规，进行量值传递、强制检定，开展校准、检测工作。严格按照检定规程、规范和标准，确保检测校准方法的科学性、检测结果的准确性。本所出具的检定、校准、检测（报告）数据具有法律效力，保证准确、真实、可靠，并对

本次检定使用的计量标准：

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号	有效期至
非自动衡器检定装置	1mg—100t	M1等级	[2020]塔量标和证字第04号	2029-01-16

本次检定使用的主要标准器：

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号	有效期至
砝码	20kg—200t	M ₁ 等级	LM24030699	2025-07-14

检定的地点、环境条件：

地点	温度	相对湿度
现场	13.0℃	35%