

和布克赛尔蒙古自治县质量与计量检测所

检定证书

Verification Certificate



证书编号: FD20260032 号
Certificate No. _____

送检单位
Applicant 和布克赛尔蒙古自治县鼎丰建筑工程有限公司

计量器具名称
Name of Instrument 汽车衡

型号 / 规格
Model / Specification SCS-120

出厂编号
Serial No. 0078

制造单位
Manufacturer 新疆准星衡器有限公司

检定依据
Verification Regulation JJG 539-2016 数字指示秤检定规程

检定结论
Conclusion 合格



批准人
Approved by

核验员
Inspected by

检定员
Verified by

检定日期
Verification Date 2026 年 05 月 13 日
Y M D

有效期至
Valid until 2027 年 05 月 12 日
Y M D

计量检定机构授权证书号:
Authorization Certificate No.: (塔)法计(2025)县级06号

地址:
Address: 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔镇二区和布克西街

电话 (Tel): 0990-6711300

传真 (Fax): 0990-6710315

邮编 (Post): 834400

EMAIL: 1455050946@qq.com

证书编号：FD20260032号

本所任授权范围内遵循法律法规，进行量值传递、强制检定，开展校准、检测工作。严格按照检定规程、规范和标准，确保检测校准方法的科学性、检测结果的准确性。本所出具的检定、校准、检测（报告）提供的数据具有法律效力，保证准确、真实、可靠，并对

本次检定使用的计量标准：

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号	有效期至
非自动衡器检定装置	1mg—100t	M1等级	[2020]塔量标和证字第04号	2029-01-16

本次检定使用的主要标准器：

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号	有效期至
砝码	1t—200t	M ₁ 等级	LM25020190	2026-08-15
砝码	20kg—200t	M ₁ 等级	LM25020191	2026-08-15
砝码	1kg～20kg	F2等级	LM26020021	2027-01-18

检定的地点、环境条件：

地点	温度	相对湿度
现场	11.0℃	60%

证书编号： FD20260032 号

第 3 页 共 3 页

检 定 结 果

法定计量单位： kg 最大称量： 120000 检定分度值： 20			
检定项目		检定结果	要求
1、计量的安全性		符合	/
2、多指示装置		符合	/
3、计量法制标志和计量器具标识		符合	/
4、置零准确度		符合	/
5、去皮后置零准确度		符合	不大于 $\pm 0.25e$ ($\pm 5\text{kg}$)
6、称量	$0 \leq m \leq 500$	0	不大于 $\pm 0.5e$ ($\pm 10\text{kg}$)
	$500 < m \leq 2000$	0	不大于 $\pm 1.0e$ ($\pm 20\text{kg}$)
	$2000 < m \leq 10000$	0	不大于 $\pm 1.5e$ ($\pm 30\text{kg}$)
7、去皮后的称量	$0 \leq m \leq 500$	0	不大于 $\pm 0.5e$ ($\pm 10\text{kg}$)
	$500 < m \leq 2000$	0	不大于 $\pm 1.0e$ ($\pm 20\text{kg}$)
	$2000 < m \leq 10000$	0	不大于 $\pm 1.5e$ ($\pm 30\text{kg}$)
8、重复性	1/2最大称量	0	不大于 $\pm 20\text{kg}$
9、偏载	1/3最大称量	0	不大于 $\pm 20\text{kg}$
10、旋转	4/5最大称量	/	不大于 $\pm / \text{kg}$
11、鉴别阈		有变化	1.4d
以下空白			

注：

1. 本证书检定结果仅对该计量器具有效；
 2. 本证书未加盖检定专用章无效；
 3. 下次检定时请携带（出示）此证书。
- 未经授权，不得部分复印本证书。